



BRAEL - Medical Equipment

ul. Moscickiego 1, PL-24110 Pulawy,
Poland, tel./fax 48-81-4731393
www.brael.com.pl brael@brael.com.pl



Фетальный доплер : BabyPulse FD-10D

Модель	FD-10D
Использования по назначению	Обнаружение биения сердца плода
Режим работы	Импульсный доплер (PW)
Дисплей	ЧСС плода , 50-210 уд/мин Ручное и авто измерение ЧСС плода
Питание	2,4В/3В от 2х батарей AA
Время работы	16 часов
Авто выключение	Черес 10 минут постоянной работы; Черес 3 минути в отсутствии сигнала
Аудио выход	1 Вт
Кнопки	Включатель\выключатель , регулятор громкости
Индикаторы	Сердечный ритм, разряжённая батарея
Зонд	2МГц - для исследования плода с 10 - 12 недель
Рабочая частота	2 МГц
Габаритные размеры	145x66x32 мм
Вес прибора	220 г
Объём поставки	Допплер, переносная сумка, 2х батареи 1,5В , гель
Опционально	Наушники 2х перезаряжаемые батареи 1,2В NiMH + зарядное устройство
Свойства	Компактный доплер Система шумоподавления Система авто-усиления сигнала
Код для заказа	FD-10D Допплер с питанием 2x1,5В FD-10D-R Допплер с аккумуляторами 2x1,2В NiMH и зарядном устройством
Гарантия	24 месяцев