



BRAEL - Aparaty Medyczne

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel./fax: 81-4731393

www.brael.com.pl brael@brael.com.pl

Detektor tętna płodu Doptone

Model: UDT-20D

z głowicą wąską BP2MHz



Przeznaczenie	Badanie tętna płodu
Zasilanie	2 x bateria alkaliczna R6/AA 1,5V lub 2 x akumulator R6/AA NiMH 1,2V
Automatyczny wyłącznik	po 3 minutach przy braku sygnału lub po 10 minutach
Czas pracy ciągłej	30 godzin
Moc akustyczna	1W
Regulacja głośności	ręczna 10 stopniowa i automatyczna możliwość zapamiętania głośności pracy detektora
Głowica	BP2MHz, 25 mm przetwornik
Wyświetlacz częstości tętna FHR	LED
Zakres pomiaru tętna	50-210 bpm (50-240bpm na życzenie)
Zliczanie tętna	automatyczne i ręczne (10 uderzeń)
Częstotliwość fali ultradźwiękowej	2 MHz
Wymiary części głównej	145x66x32 mm
Waga	ok. 230g
Wyposażenie standardowe	żel USG 250g, torba, 2x bateria lub 2x akumulator i ładowarka
Wyposażenie na życzenie	wyjscie słuchawkowe słuchawki (tylko UDT-20D z wyjściem słuchawkowym)
Inne istotne informacje	wskaźnik uderzeń serca wskaźnik stanu baterii automatyczne wyciszenie zakłóceń kontaktowych
Kod produktu	Doptone UDT-20D zasilanie bateryjne Doptone UDT-20D-R zasilanie akumulatorowe