



BRAEL - Aparaty Medyczne

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel./fax: 81-4731393

www.brael.com.pl brael@brael.com.pl



Detektor tętna płodu:

Model: UDT-300 z zapisem

Kod produktu: UDT-300 z zapisem

Przeznaczenie	badanie tętna płodu rejestracja tętna i ruchów płodu na papierze
Zasilanie	sieciowe 230V
Moc akustyczna	10W
Regulacja głośności	ręczna i automatyczna ARC
Wyjścia	słuchawkowe
Głowica wymienna	B7P2MHz, szerokokątna 7-elementowa
Wyświetlacz	częstość serca płodu FHR
Zakres pomiaru tętna	50-210 bpm
Częstotliwość fali ultradźwiękowej	2 MHz
Wymiary	260x200x100 mm
Waga	2,4kg z drukarką
Drukarka Kyoline:	rozdzielczość - 4 punkty/mm prędkość zapisu – 1 cm/min szerokość papieru – 110 mm typ papieru - termiczny
Wyposażenie standardowe	drukarka Kyoline, rolka papieru, pas zamocowania głowicy, ręczny znacznik ruchów płodu, żel
Wyposażenie na życzenie	słuchawki, głowica wąskokątna BP2MHz
Inne istotne informacje	moduł ARC® ułatwia odbiór sygnałów zapis jak w kardiokografii bez rejestracji skurczów macicy wskaźnik jakości sygnału uchwyt drukarki
Serwis	BRAEL-Aparaty Medyczne