

BRAEL – Aparaty Medyczne

ul. Moscickiego 1, PL-24110 Pulawy, Польша

tel./fax 48-81-8876948

www.brael.com.pl

brael@brael.com.pl

Фетальный доплер : UDT-300 с
регистрацию



Модель	UDT-300 with record
Использования по назначению	Обнаружение биения сердца плода , регистрация частоту сердцебиения и подвижности плода
Вид излучения	Непрерывное (CW)
Дисплей	ЧСС плода , 50-210 уд/мин
Питание от сети	220-230 В , 50 Гц
Аудио выход	10 Вт
Ручки	Выключатель питания, громкость
Кнопки	Регистрация
Индикаторы	Сердечный ритм, качество сигнала, состояние печати
Зонд	2МГц, 7 кристаллов - для исследования плода с 10 - 12 недель
Рабочая частота	2 МГц
Габаритные размеры	260x200x100 мм
Вес прибора	2,4 кг
Характеристика принтера KAFKA SQ	Тип термический Скорость печати: 1 см/мин Ширина бумаги: 112 мм
Стандартные аксессуары	Ультразвуковой датчик с ремнем, маркер событий, принтер KAFKA SQ, бумага для печати, гель
Опционально	Наушники
Свойства	Система шумоподавления ARC - система авто-наблюдения сигнала и регулировки приёмника
Код для заказа	UDT-300 с регистрацию
Гарантия	24 месяцев

CE 0044